Prot. n. 0154709 del 30/11/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/7]

Università
degli Studi di
Messina
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MATEMATICHE E INFORMATICHE,
SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA

A Marina Trimarchi

SEDE MIFT

Oggetto: Richiesta di parere tecnico su numero due preventivi per interventi tecnici per rifunzionalizzazione di numero due strumenti strumento. Offerte Shimadzu n. **3200030470** e n. **3200030614** (in allegato)

Il sottoscritto, Giuseppe Sabatino, matricola 19977, attualmente svolgo la mia attività lavorativa presso il dipartimento MIFT, in qualità di personale categoria D - Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati. In particolare, ho la responsabilità tecnica dei laboratori di microscopia elettronica, diffrattometria a raggi-X, Fluorescenza a raggi-X a dispersione di lunghezza d'onda, e del laboratorio di spettroscopia di massa ICP-MS, e spettroscopia AAS.

Dopo attento esame dei preventivi in oggetto il mio parere è il seguente:

1. Offerta Shimadzu n. **3200030614**, per sostituzione in *exchange* della POMPA TURBOMOLECOLARE della strumentazione GCMS-TQ8030 EI - O20705100202. Trattandosi appunto di sostituzione in *exchange* ***reputo congruo il preventivo***. In oltre faccio notare che la ditta Shimadzu si tutela scrivendo "- EVENTUALI ALTRE PARTI DI RICAMBIO A CONSUNTIVO - Trattandosi di un preventivo potrebbe subire variazioni nel corso della lavorazione; sarà ns cura comunicarvele tempestivamente." questo significa che oltre alla riparazione richiesta potrebbero esserci degli altri problemi.
2. Offerta Shimadzu n. **3200030470,** per sostituzione in *exchange della Split flow 310 TMP* LCMS-8040 230 V (CE) w/o RP - O10575000105 Trattandosi anche in questo caso di sostituzione in *exchange* ***reputo congruo il preventivo***. Anche in questo caso la Shimadzu si tutela specificando che eventuali altri parti di ricambio e ore di lavoro sono a consuntivo.

Premesso ciò reputo sostanzialmente congrui i preventivi in oggetto. Anche se la ditta Shimadzu con la clausola del "consuntivo" non grantisce la rifunzionalizzazione delle strumentazioni.

Cordiali Saluti

Giuseppe Sabatino

Data, 18 Novembre 2022 Dott. Giuseppe Sabatino

Giuseppe Sabatino

Dipartimento MIFT
Viale F. Stagno d'Alcontres 31
98166 Messina

Direzione: +39 090 676 5030
Segreteria: +39 090 676 5804
dipartimento.mift@unime.it
dipartimento.mift@pec.unime.it
www.mift.unime.it

P.IVA 00724160833
Cod. Fiscale 80004070837