



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO ORTO-TORACO-VASCOLARE E DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO CHIRURGICO, COMPLETI DI APPARECCHIATURE E LOCALI ACCESSORI – GARA N. 6921729

CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA

Quesito n. 1

Domanda:

E' possibile partecipare con uno strumento che abbia oltre i movimenti manuali anche i movimenti motorizzati, con possibilità di memorizzare posizioni e limiti della C e dotato di sensori anti collisione?

Risposta:

La ditta potrà proporre, in sede di offerta, prodotti migliorativi, evidenziando le funzioni e/o le caratteristiche ritenute tali, confrontate con quanto richiesto nel capitolato tecnico.

Le caratteristiche numeriche hanno una tolleranza del 10%.

Le miglorie relative dovranno essere supportate da idonea documentazione tecnica.

La ditta inoltre potrà presentare prodotti equivalenti purché descrivi le caratteristiche in modo preciso e dettagliato evidenziando il raggiungimento delle finalità richieste.

Apposita commissione, all'uopo nominata, verificherà se il sistema proposto risulta equivalente a quanto richiesto.

Quesito n. 2

Domanda:

La richiesta di una rotazione orbitale di almeno 160° è indicativa di un prodotto. Vi chiediamo pertanto di poter partecipare con una rotazione di 140°.

Risposta:

Le caratteristiche numeriche hanno una tolleranza del 10%.

Si precisa che nel caso in cui la descrizione dei sistemi richiesti si riferisse, casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti ai sensi dell'art. 170 del D.L. n.50/16, si deve intendere inserita la clausola "o equivalente".

In relazione alla tolleranza e all'arrotondamento per difetto, viene ritenuta equivalente la rotazione di 140°.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Quesito n. 3

Domanda:

La richiesta della capacità del complesso ridisegno con valore di 10.000.000 HU è indicativa di un prodotto. Vi chiediamo pertanto di poter partecipare con un valore di 7.000.000 HU.

Risposta:

La ditta potrà proporre, in sede di offerta, prodotti migliorativi, evidenziando le funzioni e/o le caratteristiche ritenute tali, confrontate con quanto richiesto nel capitolato tecnico.

Le caratteristiche numeriche hanno una tolleranza del 10%.

Le migliorie relative dovranno essere supportate da idonea documentazione tecnica.

Si precisa che nel caso in cui la descrizione dei sistemi richiesti si riferisse, casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti ai sensi dell'art. 170 del D.L. n.50/16, si deve intendere inserita la clausola "o equivalente".

In tale particolare, tenuto conto che la capacità di accumulo è strettamente legata alla capacità di dissipazione, la ditta inoltre potrà presentare prodotti equivalenti/migliorativi purché descriva le caratteristiche in modo preciso e dettagliato, evidenziando, nel contempo, il raggiungimento delle finalità richieste.

Apposita commissione, all'uopo nominata, verificherà se il sistema proposto risulta equivalente/migliore a quanto richiesto.

Messina, 09.02.2018

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
F.to Avv. Veronica Nicosia

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Alessandro Maria Caltagirone