



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 2 TELECOMANDATI RADIOLOGICI CON TOMOSINTESI - CIG 7584476B95

PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA

In riscontro ai quesiti posti da alcuni operatori economici interessati a partecipare alla gara, si rendono i seguenti chiarimenti:

- i due telecomandati devono essere installati entrambi al pad E e non come erroneamente riportato all’interno degli atti di gara (pad E e pad F);
- in relazione all’ubicazione contigua, si precisa che uno è un telecomandato con tomosintesi in configurazione completa come da CSA, mentre l’altro non ha necessità di teleradiografo, barella trasparente e portacassette e di Flat pannel;
- le sale diagnostiche contengono apparecchiature radiologiche e sono schermate. Gli interventi in termini radioprotezionistici sono legati ad una differente necessità correlata all'apparecchiatura fornita e al richiesto rifacimento delle superfici verticali. Tutto ciò che viene richiesto o che il concorrente offrirà quali elementi migliorativi per l'attribuzione del punteggio dovranno essere nel rispetto delle buone norme tecniche e costruttive, nonché normative. Le pareti retroilluminate dovranno essere almeno una per sala a copertura quasi totale della parete. Le schermature presenti possono essere verificate in sede di sopralluogo anche se, come a conoscenza degli esperti di settore, sono deducibili dal tipo di apparecchiatura presente e dalle distanze. Saranno a carico della ditta aggiudicataria le opere necessarie alla perfetta installazione e successivo funzionamento delle apparecchiature, così come lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature attualmente installate nel reparto, nonché le opere di rifacimento della pavimentazione, tenendo conto del deterioramento in sede di smontaggio e successivo rimontaggio, oltre ad un eventuale lieve differente posizionamento delle nuove apparecchiature.

Si precisa, inoltre, che i quesiti posti potevano trovare il relativo riscontro in sede di sopralluogo, tenuto conto che lo stesso non deve essere concepito come mero atto amministrativo utile all'ottenimento di una semplice attestazione.

Al riguardo, si evidenzia che l'attestazione rilasciata e sottoscritta cita espressamente: "di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, nonché di ogni altro elemento che possa essere utile alla formulazione dell'offerta".



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Infine si riporta quanto espressamente previsto all'interno del CSA: "Saranno a carico della ditta aggiudicataria le opere necessarie alla perfetta installazione e successivo funzionamento delle apparecchiature, così come lo smontaggio, il ritiro e smaltimento delle apparecchiature attualmente installate nel reparto, nonché le opere di rifacimento della pavimentazione, tenendo conto del deterioramento in sede di smontaggio e successivo rimontaggio, oltre ad un eventuale lieve differente posizionamento delle nuove apparecchiature."

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Avv. Veronica Nicosia

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Maria Caltagirone